

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
Бр. 546
07.03.2016.године
Б Л А Ц Е

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), поводом достављених питања за набавку санитетског и медицинског материјала, ЈН бр. 1.1.4 објављујемо одговоре на постављена питања:

Питање бр.1

У партији бр.16, за тражене калибраторе и контроле за биохемијски анализатор, можете ли прецизирати да ли желите контроле хуманог или животињског порекла?

Појашњење питања: разлика између ове две врсте калибратора и контрола је осим у квалитету, постојаности тј.стабилности после реконституисања, броју параметара које покривају такође и у цени. Контроле животињског порекла немају све параметре као оне хуманог порекла.

Одговор: Квалитет, постојаност тј. стабилност после реконституисања, број параметара које покривају понуђени калибратори и контроле треба да одговарају потребама Дома здравља, што је већ наведено у обрасцу бр. 9, партија бр.16.

Питање бр.2

У партији бр.16. за тражене калибраторе И контроле нисте прецизирали да ли је потребно да тражени калибратор и контроле нормалне и патолошке буду **мулти-калибратор и мулти-контроле** тј. да покривају све тражене параметре у истој партији. Можете ли прецизније одредити шта тражите?

Појашњење питања: Постоје и појединачне биохемијске контроле за сваки параметар посебно на тржишту, и овако формулисана ставка у партији може понудјачима дати за право да понуде било коју биохемијску контролу за неки појединачни параметар.

Одговор: Треба да буду мултикалибратор и мултиконтроле и да покривају све тражене параметре у истој партији, осим ако нису посебно наведени (ЦРП и ХБА1Ц).

Питање бр.3

У партији бр.16, за ставку под бројем **23 НВА1С – прерачунати тест**, молимо да прецизируете да ли тражите двокомпонентни тест са посебним одређивањем HbTotal и HbA1c фракције и њихово касније математичко прерачунавање за добијање резултата у % или ммол/мол, на шта нас наводи овако формулисана ставкабр.23, или тражите HbA1c директну методу са директним калибраторима и добијањем резултата директно у % или mmol/mol_a можда евентуално прерачунавање резултата из једних јединица у друге?

Појашњење :

Уколико је друга варијанта у питању, молимо да прецизируете исто методу И за калибраторе HbA1c као и контролу:

Јер овако формулисана ставка бр.25. HbA1c STANDARD, значи да требамо понудити само један калибратор тј.стандард за HbA1c? То би била калибрација у 1 тачки.

Уколико желите HbA1c директну методу, калибрационе криве су нелинеарне и KALIBRATOR SET обухвата у свом саставу већи број стандарда.

Одговор: Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама омогућено да доставе понуде за исти квалитет или одговарајуће наведеном. Уз понуду доставити апликације тестова за апарат и преводе тестова на српски језик. Понуђач је дужан да уради апликацију и калибрацију анализа на апарату А-25 према понуђеном упутству за сваки тест.

Питање бр.4.

У партији бр.16, за ставку под бројем 8.Iron hromazurol, наше питање би било да ли је могуће понудити и неку другу методу или стриктно тражите само ову?

Појашњење: Пошто се од добављача тражи да активно учествују у апликовању и калибрацији тестова на овом апарату, наша препорука је да се

Као метода за ваш апарат А25 узме - Iron Ferene.

Напомињемо такође да ову методу имају више фирми на тржишту, чиме неби било повредјено правило конкурентности на Јавној набавци.

Одговор: Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама омогућено да доставе понуде за исти квалитет или одговарајуће наведеном.

Питање бр.5.

Да ли остајете при одлуци да дозвољавате да за партију бр.16 могу бити понудјени производи различитих производјача, с обзиром да у софтверу за ваш апарат имате табелу унакрсне контаминације између анализа, па је онда немогуће предвидети могуће контаминације и лажне резултате уколико су у истој сесији на апарату групе реагенаса са различитим производјачким пореклом и хемијском основом?

Појашњење: Сваки производјач само за своје регенсе има табелу могуће контаминације, и случајно упаривање различитих група реагенаса само зарад ниже цене партије, на аналајзеру може неочекивано изазвати лажно позитивне или негативне резултате (reagents carryover efekat).

Имамо у виду и да ваш апарат има само једну иглу за пипетирање и реагенаса и серума, као и да тражите од понудјача уколико добију уговор да активно учествују у постављању и калибрацији тестова и стоје иза апликованих метода и тестова.

Одговор: Наручиоцу одговара да понуђач поднесе понуду за материјал од истог произвођача због квалитета рада апарата. Уколико понуђач поднесе понуду за материјал од различитих произвођача, а то утиче на квалитет рада апарата, наручилац може да раскине уговор у било које време и без икаквог отказног рока.

У складу са чланом 20. Закона, захтевамо потврду пријема.

У Блацу, 07.03.2016. године

Комисија за јавну набавку