

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ**

Бр. 489/2
03.03.2017. године
БЛАЦЕ

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), поводом достављених питања и захтева за појашњење конкурсне документације за набавку санитетског и медицинског материјала, ЈН бр. 1.1.4 објављујемо одговоре на постављена питања и појашњења конкурсне документације:

1. Питање

«Пошто у партији 16 - Реагенси за биохемијски анализатор BioSystems A-25 под редним бројем 9. потражујете Iron/ferozin, да ли ће понуда бити прихватљива уколико понудимо реагенс исте намене по Iron-Fren методи или Iron-Chromazurol методи са стандардом у паковању?».

Образложење: Како је вама за потребе лабораторијске службе потребан реагенс за одређивање серумског гвожђа, сматрамо да је коректно да се измене конкурсна документација и да омогућите да осим Gvožđa/ferozin, понуђачи могу понудити Gvožđe/feren или Gvožđe/Chromazurol које имају исту намену и компатибилност са апаратом».

Одговор: У Конкурсној документацији је наведен назив производа чији квалитет одговара потребама Дома здравља као и то да је понуђачима у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти квалитет или одговарајући наведеном.

2. Захтев за додатно објашњење у вези партије број 12. Тест траке за урин

«Замолили бисмо вас да дефинишете величину паковања за артикл захтеван у партији 12, како би понуђачи доставили упоредиве понуде».

Одговор: Паковање је од 100 комада.

3. Питање

«Да ли ће наручилац одбити понуду понуђача као неисправну, уколико за партију бр. 12. понуди тест траке за урин са 10. параметара?».

4. Питање

«Да ли ће наручилац одбити понуду понуђача као неисправну, уколико за партију бр. 16. :

1. за ставку под рб. 6. – калибратор за ХДЛ и ЛДЛ, понуди калибратор за ХДЛ и ЛДЛ у комплету реагенаса за ХДЛ и ЛДЛ који су предмет набавке под рб 4. и 5.

2. за ставку под рб. 20. – контролни серум за либиде (ХДЛ и ЛДЛ) понуди мулти контролни серум нормални и мулти контролни серум патолошки хуманог порекла са садржаним параметрима и вредностима за ХДЛ и ЛДЛ а који су предмет набавке под рб. 18. и 19.

3. за ставку под рб. 22. – ЦРП стандард, понуди калибратор-стандард за ЦРП у комплету реагенса за ЦРП који је предмет набавке по рб.21.

5. Питање

«Да ли ће наручилац одбити понуду понуђача као неисправну, уколико за партију бр. 16. за ставку под рб. 14. – реагенс за АЛП (метода АМП), понуди одговарајући реагенс за АЛП (метода ДЕА)?».

6. Питање

„Молим вас прецизирајте која је тражена мётода за ставку под рб. 24.

Одговор на питања под редним бројем 3, 4, 5, и 6: У Конкурсној документацији је наведен назив производа чији квалитет одговара потребама Дома здравља као и то да је Понуђачима у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти квалитет или одговарајући наведеном.

7. Питање

«У партији 2, ставка 8 – Flaster Vivavix 5cmx10m да ли се мисли на фластер на нетканом текстилу?».

Одговор: Да

8. Питање

„У партији 4, ставка 5 – Средство концентровано за дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената молимо Вас да се за дезинфекционо средство за инструменте траже једино средства која поседују Решење АЛИМС, с обзиром да и Правилник о лековима и медицинским средствима прописује да се за инструменте и све производе који су декларисани као медицинска средства мора понудити и користити искључиво производ који је регистрован и има Решење АЛИМС».

Одговор: Да

9. Питање

«Такође вас молимо да тражену количину за средство за дезинфекцију инструмената искажете на потребну количину радног раствора. На тржишту постоје разлићите врсте средстава за дезинфекцију инструмената и у зависности од концентрације од 1л концентратата може се добити различита количина радног раствора. Сходно наведеном, а како би понуђене цене приликом прегледа понуда биле упоредиве, молимо Вас да као јединицу мере ставите литар радног раствора».

Одговор: У конкурсној документацији **Образац бр.9 Понуда-образац структуре цене-спецификација за ЈН санитетког и медицинског материјала ЈН мале вредности бр. 1.1.4 - Санитетски материјал - Партија бр. 4-Средства за дезинфекцију** биће изменењен. Измена ће бити објављена на порталу јавних набавки и интернет страницама наручиоца.

10. Питање

« Да ли је за средство за дезинфекцију инструмената неопходно да понуђено средство поседује следеће карактеристике да је без алдехида и фенола, да је вируцид, бактерицид, фунгицид, да се меша у концентрацији 0,25%, конткактно време 5 минута?».

Одговор: Да

Комисија за јавну набавку